PHỤ LỤC
ATTACHMENT

(Kèm theo quyết định số 2072/QĐ-VACI ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam)

Phòng thí nghiệm:	**Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử**
Laboratory	*Electrical and Electronic testing Laboratory*
Cơ quan chủ quản:	**Công ty Cổ phần Tập đoàn TĐC**
Holding organization:	*TDC Corporation Joint Stock Company*
Lĩnh vực:	Thử nghiệm Điện - Điện tử
Field:	*Electrical - Electronic testing*

Người phụ trách/*Representative*: **Nguyễn Phúc Thuận**

Người có thẩm quyền ký/*Approved signatory:*

Số hiệu/*Code*: **VALAS 261**

Hiệu lực công nhận/*Period of Validation*: **07/10/2031**

Địa chỉ trụ sở/*Head office address:*

Số 60 đường Vỹ Cầm 7, Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

No. 60 Vy Cam 7 street, An Lac Green Symphony new urban area, Son Dong commune, Hanoi city, Vietnam

Địa chỉ phòng thí nghiệm/*Laboratory address:*

Số 10, đường số 3, Hưng Giáo, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

No. 10, street No. 3, Hung Giao, Tam Hung commune, Hanoi city, Vietnam

Số điện thoại/*Phone*: 0799 108 989 Email: tdc.tdccert@gmail.com

Website: tdccert.com.vn

Lĩnh vực Thử nghiệm /*Field testing*: Điện - Điện tử/ *Electrical - Electronic*

TT *No*	Đối tượng thử/ *Test Item*	Tên phép thử / *Specific test name*	Phạm vi đo/ *Measuring range*	Phương pháp thử/ *Test method*
1	Thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự *Household appliances, electric tools and similar apparatus*	Thử điện áp nhiễu liên tục tại đầu nối điện lưới/tải/bổ sung *Continuous disturbance voltage test at mains/load/additional terminals*	150 kHz đến 30 MHz *(150 kHz to 30 MHz)*	TCVN 7492-1:2018 (CISPR 14-1:2016)
2		Thử điện áp nhiễu không liên tục *Discontinuous disturbance voltage test*	150 kHz đến 30 MHz *(150 kHz to 30 MHz)*	
3		Thử công suất nhiễu *Disturbance power test*	30 MHz đến 300 MHz *(30 MHz to 300 MHz)*	
4		Thử nhiễu bức xạ *Radiated disturbance test*	9 kHz đến 30 MHz *(9 kHz to 30 MHz)*	
5	Bóng đèn có balát lắp liền *The light bulb has a built-in ballast*	Thử điện áp nhiễu liên tục tại đầu nối điện lưới/tải/bổ sung *Continuous disturbance voltage test at mains/load/additional terminals*	150 kHz đến 30 MHz *(150 kHz to 30 MHz)*	TCVN 7186:2018 (CISPR 15:2018)
8		Thử nhiễu bức xạ *Radiated disturbance test*	9 kHz đến 30 MHz *(9 kHz to 30 MHz)*	

Ghi chú/*Note*:

Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử thuộc **Công ty Cổ phần Tập đoàn TĐC** phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ thử nghiệm/ ***Electrical and Electronic testing Laboratory*** *of* ***TDC Corporation Joint Stock Company*** *shall comply with legal regulations when providing the testing services.*